Ambu GmbH
In der Hub 5
61231 Bad Nauheim
T 06032 9250-0
F 06032 9250-200
info@ambu.de
www.ambu.de

Amtsgericht
Friedberg HRB 6338
Geschäftsführer:
Johannes Pick
USt-Id.-Nr.: DE 149278908

An die zuständige Abteilung/Stelle.

15. Januar 2020

Information zum Ambu® SPUR® II Einweg-Beatmungsbeutel

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ambu hat eine Meldung bezüglich zweier Vorfälle in Deutschland in Zusammenhang mit dem Ambu® SPUR® II erhalten.

Derzeit warten wir auf den Erhalt der betroffenen Produkte im Zusammenhang mit diesen Vorfällen. Der Sachverhalt wird anhand der aktuellen, standardisierten Verfahrensanweisungen untersucht und schnellstmöglich bearbeitet.

Vor der Freigabe werden bei Ambu alle SPUR® II Produkte einer Überprüfung des inspiratorischen und exspiratorischen Widerstandes unterzogen, um die Leistung gemäß den Spezifikationen sicherzustellen.

Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung, bevor Sie das Produkt verwenden. In der Gebrauchsanweisung ist folgendes beschrieben:

- Führen Sie nach dem Auspacken des Beatmungsbeutels sowie nach jeder Reinigung und des Zusammensetzens sowie vor dem Gebrauch immer eine Überprüfung und einen Funktionstest durch. Drücken Sie den Beatmungsbeutel im Rahmen des Funktionstests mehrmals zusammen, um sicherzustellen, dass sich die Luft durch das Ventilsystem und aus dem Patientenventil bewegt. Verwenden Sie den Beatmungsbeutel nicht, wenn dieser den Funktionstest nicht bestanden hat.
- Kontrollieren Sie stets, ob sich der Brustkorb hebt, und ob Sie den durch das Ventil geleiteten Ausatemfluss hören können und somit eine optimale Beatmung festzustellen ist.
- Die zusätzliche Verwendung von Zubehör kann den exspiratorischen und/oder inspiratorischen Widerstand erhöhen. Kein Zubehör anschließen, wenn ein derartiger Widerstand nachteilig für den Patienten wäre.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne per Email unter defrmktspt@ambu.com zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Ambu GmbH